

Závazná informace výrobce MEDELA AG

Čištění a desinfekce přístrojů a příslušenství odsávacích systémů

Důkladné a správné čištění zdravotnických prostředků je jedním z důležitých kroků, jak čelit ve zdravotnických zařízeních nákaze **SARS-CoV-2**.

Americká agentura pro ochranu životního prostředí EPA doporučuje používat proti SARS-CoV-2 širokou škálu dezinfekčních prostředků.

Z těchto produktů doporučuje výrobce MEDELA AG používat pro desinfekci plastů přípravky:

Oxivir® TB, Oxivir® 1 - výrobce Sealed Air Diversey Care
Virex® II 256 - výrobce Sealed Air Diversey Care
Clorox Healthcare® bělící germicidní čisticí prostředky a utěrky - výrobce Clorox

Dezinfekční prostředky neuvedené na seznamu EPA, ale doporučené a testované výrobcem Medela AG:

Mikrozid® AF utěrky - výrobce Schülke & Mayr AG
CaviWipes - výrobce Metrex
Incidin® Foam - výrobce Ecolab Healthcare
Hexaquart® plus a Meliseptol® rapid - výrobce B. Braun Melsungen AG
Perform® - výrobce Schülke & Mayr AG

Čištění a desinfekci je nutno provádět dle návodu na použití vystaveného výrobcem MEDELA AG pro daný zdravotnický prostředek.

Vystaveno dne 20.5.2020